



## MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro - Perdigoão/MG – CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel/Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

### ATA DE PREGÃO PRESENCIAL

**PROCESSO N º:** 000061/2020

**MODALIDADE:** PREGÃO N º: 000039/2020

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO MONOCASSETE DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DE ALTA RESOLUÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Às 08:30 do dia 17 de setembro de 2020, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão designada pela Portaria nº 005/2020, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da **AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO MONOCASSETE DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DE ALTA RESOLUÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**, conforme discriminado em edital. Aberta a sessão, compareceram os representantes das empresas BRASFILME COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HIT CARE NORDESTE IMPORT, COM. E SERÇ. DE PROD. MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. EQUIP. MEDICOS LTDA e QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA e os mesmos encontram-se credenciados para ofertar lances verbais. Dando início à sessão o(a) Pregoeiro(a) recebeu os envelopes proposta e documentação de habilitação e procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. Em seguida foi analisada a adequação das mesmas às exigências do edital. Verificada a sua conformidade realizou-se o cadastramento no sistema. Em primeiro momento da etapa de lances a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA foi a que apresentou o melhor lance, mais ao verificar a documentação do mesmo foi constatado que os ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA (todos quatro apresentados) se tratam de cópias sendo dois cópias coloridas e dois cópias preto e branco, e que não foi apresentado na sessão os atestados originais para autenticação dos mesmos, constatamos ainda que o documentado de identidade apresentado em nome de DAWIN LEMOS CARVALHES também se trata de uma cópia colorida e não podemos autenticar o mesmo sem apresentação do documento original, o representante questionou a pregoeira, se a empresa poderia utilizar o benefício de ser EPP e apresentar o documento em 05 (cinco) dias, porém a pregoeira baseando se na lei, o explicou que não poderia, pois a lei deixa claro só poderia utilizar esse direito caso tivesse alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, e não em caso de autenticação de documentos como ocorreu.

A comissão de licitação determina que empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA encontra-se **INABILITADA** e assim já convoca a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. EQUIP. MEDICOS LTDA segunda colocada a fazer o valor do primeiro colocado, o mesmo foi aceito pelo representante e assim prosseguimos a sessão declarando como vencedora KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. EQUIP. MEDICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR DO ITEM	VALOR TOTAL
<b>KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. EQUIP. MEDICOS LTDA</b>						
0001	SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO MONOCASSETE DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE ALTA RESOLUÇÃO - MÍNIMA 6 MM/PIXELS - COMPOSTOS DE CASSETES FORMADOS POR PLACAS FLEXÍVEIS DE FÓSFORO NO	CR REGIUS SIGMA II 80101380012 / IMPRESSORA DRYPRO 832 80101380011	001	UNID.	70.900,00	70.900,00



**MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020**

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro - Perdigoão/MG – CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel/Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

<p>TAMANHO: 18 X 24 CM, 24 X 30 CM E 35 X 43 CM, COM ESCALA DE TONS DE CINZA DE 12 BITS OU 4096 TONS DE CINZA, SISTEMA DICOM 3.0 PRINT E STORAGE SCU, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET. O SISTEMA DEVERÁ CONSISTIR EM UM CONSOLE - LEITOR (SCANNER) DE MESA COM ESTAÇÃO DE TRABALHO COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA ABAIXO:</p> <p>- COMPUTADOR CPU DELL OU HP MINI TOWER, SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 7 SP1 PROFESSIONAL 64 BIT / PROCESSADOR - INTEL CORE I3 - 4160 @ 3.10 GHZ OU MAIOR, OU AMD TURION 64 X 2 7500 OU MAIOR / MEMÓRIA - 4 GB DDR2 - 800 / DISCO RÍGIDO (HD) - SATA, 7200 RPM; 500 GB ETHERNET CARD - 100 MBP/S OU MAIOR VELOCIDADE / GRAVADOR DE DVD / GABINETE E FONTES ADEQUADAS PARA CONFIGURAÇÃO COM:</p> <p>* MONITOR LCD MÍNIMO 19" ACOMPANHADO DE MOUSE E TECLADO PARA MANIPULAÇÃO E IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS.</p> <p>* PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 45 CASSETES POR HORA - 45 PPH.</p> <p>* SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE E A LATITUDE DA IMAGEM SEM PREJUÍZO AO "RAW DATA" DA IMAGEM.</p> <p>* EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0, STORAGE SCU PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E PÓS PROCESSADAS.</p> <p>* EFETUAR AUTOMATICAMENTE O ENEGRECIMENTO DA BORDA DA IMAGEM DIGITALIZADA QUE NÃO RECEBEU RADIAÇÃO.</p> <p>* EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT SCU.</p> <p>* POSSIBILITAR AO OPERADOR A CAPACIDADE DE FORMATAR A IMPRESSÃO COM 4 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA</p>					
---	--	--	--	--	--



**MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020**

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro - Perdigoão/MG – CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel/Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

<p>MESMA PELÍCULA DE FILME.</p> <p>* GERENCIAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUANTO A PRODUTIVIDADE POR CASSETE, TAMANHO, OPERADOR E CONTROLE DAS CAUSAS DOS EXAMES NÃO UTILIZADOS OU DESCARTADOS; FAZENDO UMA ANÁLISE COMPLETA DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO DAS RAZÕES DE REJEIÇÃO DAS IMAGENS ADQUIRIDAS.</p> <p>* POSSIBILIDADE DE AJUSTES ESPECÍFICOS DE FILTROS PARA CADA TIPO DE EXAME E CUSTOMIZAÇÃO INDIVIDUAL DESTES FILTROS POR OPERADOR.</p> <p>* POSSIBILIDADE DE SE FAZER CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO DAS IMAGENS VIA SOFTWARE ATRAVÉS DE PARÂMETROS E PADRÕES PRÉ-DETERMINADOS E ATRAVÉS DE KIT COM PHANTON PARA TESTES.</p> <p>* DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO INTEGRADO AO SISTEMA, QUANDO DA EVENTUAL FALHA DE CORRENTE ELÉTRICA.</p> <p>* POSSIBILIDADE DE SERVIÇO / ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE MODEM EXTERNO ASSÍNCRONO A SER CONECTADO EM LINHA TELEFÔNICA DEDICADA A SER FORNECIDA PELA LICITANTE.</p> <p>* PESO SCANNER / LEITOR DO CR MENOR QUE 40 KG.</p> <p>* SISTEMA PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMAGEM DICOM INTERNA, PARA VISUALIZAÇÃO CLÍNICA DE NO MÍNIMO 3 PONTOS SIMULTÂNEOS. POSSIBILIDADE DE FERRAMENTA PARA ORTOPEDISTA. COMO: MEDIÇÃO LINEAR, ZOOM, BRILHO E RECORTE.</p> <p>- DEVERÃO SER CONSIDERADOS PARTE INTEGRANTE DESTES SISTEMAS:</p> <p>* 1 UNIDADE DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 18 X 24 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.</p>					
---	--	--	--	--	--



**MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020**

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro - Perdigoão/MG – CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel/Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

<p>* 2 UNIDADES DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 24 X 30 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.</p> <p>* 3 UNIDADES DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 35 X 43 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.</p> <p>- IMPRESSORA A SECO PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA A LASER (DRY) - FOTO TERMOGRÁFICA. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 325 DPI COM 14 BITS / PIXEL.</p> <p>- O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE:</p> <p>* CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINES COM CAPACIDADE DE 125 FILMES POR BANDEJA.</p> <p>* CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0.</p> <p>* CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE / QUALIDADE DE CADA FILME IMPRESSO.</p> <p>* IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 45 FILMES POR HORA NO TAMANHO MAIOR 35 X 43 CM.</p> <p>* PONTO FOCAL DO FEIXE DO LASER DE IMPRESSÃO COM TAMANHO MENOR OU IGUAL A 78 uM.</p> <p>* IMPRESSÃO DE FILMES DISPONIBILIZADOS NOS SEGUINTE TAMANHOS: 20 X 25 CM, 25 X 30 CM, 28 X 35 CM, 35 X 35 CM E 35 X 43 CM.</p> <p>* POSSIBILIDADE DE SERVIÇO / ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE MODEM EXTERNO ASSINCRONO A SER CONECTADO EM LINHA TELEFÔNICA DEDICADA A SER FORNECIDA PELA LICITANTE.</p> <p>DEVERÁ ACOMPANHAR SISTEMA DE PROTEÇÃO UPS-NOBREAK SENOIDAL DE POTÊNCIA MÍNIMA</p>					
--	--	--	--	--	--



**MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020**

Av. Santa Rita, nº 150, Bairro: Centro - Perdigoão/MG – CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel/Fax: (37) 3287-1030, e-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br

DE 2 KVA PARA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS.					
					TOTAL DO FORNECEDOR: 70.900,00
					TOTAL GERAL: 70.900,00

Obs: Todos os equipamentos incluídos na proposta devem ter garantia integral contra qualquer defeito de fabricação pelo período de 12 (doze) meses e garantia adicional de 36 (trinta e seis) meses no scanner/leitor.

Após o período de garantia deverá ser fornecido o serviço de suporte ao sistema, com cobertura completa em hardware e software.

Diante do exposto abre-se prazo de 5 dias uteis para o que lhe houver de direito.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes.

Perdigão/MG, 17 de setembro de 2020.

**LUZIANA CORDEIRO DE MELO**  
PREGOEIRA OFICIAL

**KÁSSIO WILKER DE MORAIS**  
EQUIPE DE APOIO

**GABRIELA CAROLINA ALVES DOS SANTOS**  
EQUIPE DE APOIO

**JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA**  
EQUIPE DE APOIO

**MATEUS ELIAS DE ALMEIDA**  
EQUIPE DE TÉCNICA

**Fornecedores:**

**BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

**HIT CARE NORDESTE IMPORT, COM. E SERÇ. DE PROD. MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**

**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. EQUIP. MEDICOS LTDA**

**QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA**