



RETIFICAÇÃO I - EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO 061/2020

PREGÃO PRESENCIAL 039/2020

A Prefeitura Municipal de Perdigoão comunica que no Edital acima epigrafado, houve as seguintes alterações:

PÁGINAS: 2 (DOIS) e 4 (QUATRO), altera-se a data de abertura dos envelopes para o dia **17/09/2020, às 08:30**.

PÁGINA: 22 (VINTE E DOIS) A 26 (VINTE E SEIS), altera-se as especificações do objeto constantes no Anexo I – Termo de Referência, que passa a conter a seguinte redação:

Especificação
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO MONOCASSETTE DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE ALTA RESOLUÇÃO - MÍNIMA 6 MM/PIXELS - COMPOSTOS DE CASSETES FORMADOS POR PLACAS FLEXÍVEIS DE FÓSFORO NO TAMANHO: 18 X 24 CM, 24 X 30 CM E 35 X 43 CM, COM ESCALA DE TONS DE CINZA DE 12 BITS OU 4096 TONS DE CINZA, SISTEMA DICOM 3.0 PRINT E STORAGE SCU, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET. O SISTEMA DEVERÁ CONSISTIR EM UM CONSOLE - LEITOR (SCANNER) DE MESA COM ESTAÇÃO DE TRABALHO COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA ABAIXO:
- COMPUTADOR CPU DELL OU HP MINI TOWER, SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 7 SP1 PROFISSIONAL 64 BIT / PROCESSADOR - INTEL CORE I3 - 4160 @ 3.10 GHZ OU MAIOR, OU AMD TURION 64 X 2 7500 OU MAIOR / MEMÓRIA - 4 GB DDR2 - 800 / DISCO RÍGIDO (HD) - SATA, 7200 RPM; 500 GB ETHERNET CARD - 100 MBP/S OU MAIOR VELOCIDADE / GRAVADOR DE DVD / GABINETE E FONTES ADEQUADAS PARA CONFIGURAÇÃO COM:
* MONITOR LCD MÍNIMO 19" ACOMPANHADO DE MOUSE E TECLADO PARA MANIPULAÇÃO E IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS.
* PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 45 CASSETES POR HORA - 45 PPH.
* SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE E A LATITUDE DA IMAGEM SEM PREJUÍZO AO "RAW DATA" DA IMAGEM.
* EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0, STORAGE SCU PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E PÓS PROCESSADAS.
* EFETUAR AUTOMATICAMENTE O ENEGRECIMENTO DA BORDA DA IMAGEM



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - ADM - 2017/2020

Av. Santa Rita, nº: 150 - Centro - Perdigoão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel.: (37) 3287-1030, E-mail: prefeituraperdigao@netsite.com.br

DIGITALIZADA QUE NÃO RECEBEU RADIAÇÃO.

* EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT SCU.

* POSSIBILITAR AO OPERADOR A CAPACIDADE DE FORMATAR A IMPRESSÃO COM 4 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME.

* SISTEMA PARA DISTRIBUIÇÃO DE IMAGEM DICOM INTERNA, PARA VISUALIZAÇÃO CLÍNICA DE NO MÍNIMO 3 PONTOS SIMULTÂNEOS. POSSIBILIDADE DE FERRAMENTA PARA ORTOPEDISTA. COMO: MEDIÇÃO LINEAR, ZOOM, BRILHO E RECORTE.

- DEVERÃO SER CONSIDERADOS PARTE INTEGRANTE DESTES SISTEMAS:

* 1 UNIDADE DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 18 X 24 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.

* 2 UNIDADES DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 24 X 30 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.

* 3 UNIDADES DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO NO TAMANHO 35 X 43 CM, QUE PERMITAM CONSEGUIR SINAIS ALTOS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.

- IMPRESSORA A SECO "DRY" DE FILMES A LASER OU TÉRMICA DIRETA, PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS,. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 320 DPI COM 14 BITS / PIXEL.

- O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE:

* CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINES COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES POR BANDEJA.

* CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0.

* CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE / QUALIDADE DE CADA FILME IMPRESSO.

* IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 45 FILMES POR HORA NO TAMANHO MAIOR 35 X 43 CM.

* PONTO FOCAL DO FEIXE DO LASER DE IMPRESSÃO COM TAMANHO MENOR OU IGUAL A 80 µM.

* IMPRESSÃO DE FILMES DISPONIBILIZADOS NOS SEGUINTE TAMANHOS: 20 X 25 CM, 25 X 30 CM, 28 X 35 CM, 35 X 35 CM E 35 X 43 CM.

DEVERÁ ACOMPANHAR SISTEMA DE PROTEÇÃO UPS-NOBREAK SENOIDAL



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - ADM - 2017/2020

Av. Santa Rita, nº: 150 - Centro - Perdigoão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19

Tel.: (37) 3287-1030, E-mail: prefeituraperdigao@netsite.com.br

DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 KVA PARA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS.

Ficam inalteradas todas as datas restantes do edital e demais cláusulas, confirmando que às 08:30 horas do dia 17/09/2020 será a abertura, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Perdigoão, à Av. Santa Rita, Nº: 150, Bairro Centro, Perdigoão/MG.

Ficam, pois, estas alterações inclusas no citado Edital, para todos os fins legais.

Perdigoão, 02 de setembro de 2020.


JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA
Presidente da CPL